

Acreditación



Otorga la presente / Grants this

ACREDITACIÓN
126/LC10.092

a la entidad técnica / to the technical entity


**AIRCRAFT COMPONENTS MAINTENANCE
SERVICE, S.L. (Unipersonal)**

Según criterios recogidos en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, para la realización de CALIBRACIONES definidas en el ANEXO TÉCNICO adjunto.

According to the criteria in UNE-EN ISO/IEC 17025 for the performance of Calibrations as defined in the attached Technical Annex.

Fecha de entrada en vigor / Coming into effect: 20/12/2002




D. Antonio Muñoz Muñoz
Presidente
17 de septiembre de 2012

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. Este documento no tiene validez sin su correspondiente anexo técnico, cuyo número coincide con el de la acreditación.

La presente acreditación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en www.enac.es.

The accreditation maintains its validity unless otherwise stated. The present accreditation is not valid without its corresponding technical annex, which number coincides with the accreditation. This accreditation and its technical annex could be reduced, temporarily suspended and withdrawn. The state of validity of it can be confirmed at www.enac.es.

ENAC es firmante del Acuerdo Europeo de Reconocimiento Mutuo firmado entre Organismos Nacionales de Acreditación (www.european-accreditation.org).

ENAC is signatory of the European Recognition Agreement signed among National Accreditation Bodies (www.european-accreditation.org).

Ref.: CLC/5.414 (el presente documento anula y sustituye a los de ref. CLC/1943 y CLC/1944)

ANEXO TECNICO ACREDITACIÓN Nº 126/LC10.092

Entidad: AIRCRAFT COMPONENTS MAINTENANCE SERVICE, S.L. (Unipersonal)

Dirección: Edificio Naves Blancas. Local 5. C/ Can Calafat, 63. Pol. Son Oms; 07199 Palma de Mallorca

Norma de referencia: UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005 (CGA-ENAC-LEC)

Calibraciones en las siguientes áreas:

Momento (Mecánica), Torque (Mechanics)	 1
Presión y Vacío (Fluidos), Pressure and Vacuum (Fluids)	 2

Momento (Mecánica), Torque (Mechanics)	126/LC280
--	-----------

Categoría 0 (Calibraciones en el laboratorio permanente)

CAMPO DE MEDIDA Range	CMC(*)	INSTRUMENTOS A CALIBRAR Instruments
MOMENTO Torque		
6 Nm ≤ M < 24 Nm	0,0382 · M	Llaves dinamométricas de los tipos y clases que define la norma UNE-EN ISO 6789: 2004
24 Nm ≤ M ≤ 67 Nm	0,0287 · M	
67 Nm < M ≤ 400 Nm (sentido dextrógiro)	0,0314 · M	



Presión y Vacío (Fluidos), Pressure and Vacuum (Fluids)

126/LC281

Categoría 0 (Calibraciones en el laboratorio permanente)

CAMPO DE MEDIDA Range	CMC(*)	INSTRUMENTOS A CALIBRAR Instruments
PRESIÓN RELATIVA NEUMÁTICA Pneumatic pressure: gauge		
50 kPa ≤ P ≤ 2 MPa	5,4 kPa	Manómetros
2 MPa < P ≤ 7 MPa	6,3 kPa	
PRESIÓN RELATIVA HIDRÁULICA Hydraulic pressure: gauge		
0,5 MPa ≤ P ≤ 7 MPa	6,3 kPa	Manómetros
7 MPa < P ≤ 70 MPa	73 kPa	

P: Presión medida

(*)CMC: Capacidad de Medida y Calibración es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

(*)CMC: Calibration and Measurement Capability is the smallest uncertainty of measurement the laboratory can provide to its customers, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability of approximately 95%.

Esta revisión corrige las erratas detectadas en la rev. 1 de fecha 17/09/12